Программное обеспечение «Biomedis MINI Edit 2.0»

Руководство пользователя

Ознакомьтесь перед началом работы

Мы рады приветствовать Вас в качестве пользователя программного обеспечения «MINI Edit 2.0».

Пожалуйста, для усовершенствования программного обеспечения сообщите нам о любых ошибках или неисправностях, с которыми Вам пришлось столкнуться при работе с ПО.

Контактная информация:
e-mail info@biomedis.ru
телефон +7(495) 646 8826
skype support.biomedis

ООО НПК "БИОМЕДИС"

Содержание

1. Назначение программного обеспечения 3
2. Требования к оборудованию 3
3. Установка программного обеспечения 3
4. Подключение прибора к компьютеру и запуск программы 3
5. Работа с программой 3
5.1. Интерфейс программы 3
5.2. Выгрузка программного комплекса из прибора в ПК 3
5.3. Загрузка из ПК в прибор 4
5.4. Работа с сохраненными на ПК комплексами 4
5.5. Добавление и удаление программ из комплекса 5
5.6. Поиск программ в списке 5
5.7. Расчет продолжительности комплекса 5
5.8. Составление и корректировка своих программ 5

1. Назначение программного обеспечения

Программное обеспечение «MINI Edit 2.0» предназначено для составления комплексов и программ и загрузки их в прибор для проведения биорезонансной и антипаразитарной корректировки «МИНИ».

2. Требования к оборудованию

Для стабильной работы ПО «MINI Edit 2.0» необходимо, чтобы ваше оборудование соответствовало следующим минимальным требованиям:

- система Windows XP/Vista/7
- 256 Мегабайт оперативной памяти
- монитор с разрешением 800x600 и более
- установленный Microsoft .NET Framework 4.

3. Установка программного обеспечения

- Установите Microsoft .NET Framework 4 (в случае, если у вас установлена более ранняя версия).
- Запустите файл Biomedis MINI Edit 2.0.exe, чтобы установить программу на ваш ПК.
- Выберите путь, куда будет установлено программное обеспечение и установите его.

4. Подключение прибора к компьютеру и запуск программы

- Вставьте прибор «МИНИ» в USB разъем в компьютере.

- Запустите ПО «Biomedis MINI Edit 2.0.exe». Для этого нажмите на значок «Пуск». В общем списке программ выберите «Biomedis MINI Edit 2.0» щелкнув правой клавишей мыши и выбрав из открывшегося меню «Запуск от имени администратора». Появится окно программы.
- Нажмите в программе на кнопку «Поиск прибора». Прибор подключен, если в окне программы появляется значок в виде изображения прибора.

5. Работа с программой

5.1. Интерфейс программы

Окно «База программ» - список программ, которые можно сортировать по категориям и осуществлять поиск по названию.


Окно «Информация о программе» отражает частоты, входящие в выбранную программу.

Окно «Время на частоту» позволяет менять длительность воздействия одной частоты, тем самым менять длительность программы и комплекса.

Окно «Время на паузу» позволяет менять длительность паузы между программами.

Окно «Содержимое комплекса» – программы, входящие в комплекс.

Окно «Комплексы» отражает составляемый комплекс с общей длительностью по времени.



5.2. Выгрузка программного комплекса из прибора в ПК

Убедитесь, что прибор активен, нажмите на кнопку "Чтение из прибора". Дождитесь окончания чтения.

5.3. Загрузка из ПК в прибор

После составления и корректировки комплексов и программ или выбора необходимого профиля убедитесь, что прибор активен, нажмите кнопку "Загрузить в прибор". Дождитесь окончания загрузки.

5.4. Работа с сохраненными на ПК комплексами

После загрузки данных из прибора или составления нового комплекса загруженный/составленный комплекс можно сохранить для дальнейшего использования. Комплекс сохраняется в виде файла с расширением Mini. Для сохранения комплекса нажмите кнопку «Сохранить комплексы», выберите место

для хранения файла, назовите файл и сохраните. Можно сохранить любое количество комплексов и при необходимости загружать в прибор требуемый комплекс.
Для загрузки в прибор данных сохраненного комплекса нажмите кнопку «Открыть комплексы», выберите нужный файл и далее загрузите этот набор комплексов в аппарат.

5.5. Добавление и удаление программ из комплекса

Для добавления программы в комплекс в окне «База программ» выберите программу из списка двойным нажатием левой кнопкой мыши. Выбранная программа добавится в окно «Содержимое комплекса».

Для удаления программы из комплекса выберите программу в окне «Содержимое комплекса». Выбранная программа будет выделена цветом. Нажмите кнопку "Удалить выбранную программу".

Для перемещения программы внутри комплекса используйте кнопки "Перемесить программу вверх" и "Перемесить программу вниз".

5.6. Поиск программ в базе программ

Программы в базе программ разбиты по категориям.

Для быстрого поиска по наименованию программы введи буквы или слово в окне поиска, в каждом отдельном разделе. В списке программ отразятся только те группы программ, которые содержат программы с соответствующим сочетанием букв или словом.

5.7. Расчет продолжительности комплекса

Общая продолжительность комплекса рассчитывается с учетом времени на каждую частоту, указанную в окне «Время на частоту» и на паузу между программами, указанную в окне «Время на паузу». При изменении значения в окне "Время на частоту" и «Время на паузу» автоматически изменяется продолжительность комплекса.

5.8. Составление и корректировка своих программ

Для составления своих программ из частот выберите в списке «Категории» категорию «Мои программы». Появятся кнопки «Добавить программу», «Удалить программу», «Редактирование частот».
Для добавления программы нажмите кнопку «Добавить программу». Появится соответствующее окно. В этом окне введите название программы. В пустом поле введи нужную частоту и нажмите кнопку «Добавить в список». В поле «Список частот» появится данная частота. Аналогично добавьте все требуемые частоты. Удалить частоту можно кнопкой «Удалить», предварительно выделив эту частоту в списке частот. Стрелками можно перемещать частоты в списке. После внесения всех частот в список нажмите кнопку «Внести изменения». Составленная программа появится в категории «Мои программы». Появится кнопка «Сохранить частоты». Для выхода из окна без сохранения программы нажмите кнопку «Отменить».

Для редактирования программы выделите нужную программу из категории «Мои программы» (один щелчок левой клавишей мышки по названию программы) и нажмите кнопку «Редактирование частот». Появится соответствующее окно. В этом окне можно редактировать название программы, добавить частоты, удалить частоты, изменить их последовательность. После внесения всех изменений нажмите кнопку «Внести изменения». Для выхода из окна без внесения изменений нажмите кнопку «Отменить».

ВНИМАНИЕ!

Приборы МИНИ, запрограммированные с ранних версий программ «Biomedis MINI 1.0, 1.1, Edit 1.0», читаться данным ПО не будут. Прежде прибор необходимо запрограммировать ПО «Biomedis MINI Edit 2.0», а затем уже произвести считывание.

ВНИМАНИЕ!

Если в разделе "мои программы" создать свою программу, включить ее в состав комплекса и загрузить в прибор, то при попытке прочитать из этого прибора содержимое комплекса на другом компьютере возникнет ошибка в результате несовпадения баз программ. Для исключения такой ошибки необходимо скопировать с компьютера, где программировался прибор, файл DataBase.mdb из директории C:\Program Files\Biomedis\Biomedis MINI Edit 2.0\DB и заменить этим файлом аналогичный файл на другом компьютере, где необходимо считать с аппарата программы.